

ARK™ Methotrexate Dilution Buffer

Lea atentamente la presente ficha técnica de ARK Diagnostics, antes de usar el Tampón de dilución de metrotexato de ARK. Aténgase a las instrucciones que figuran en esta ficha técnica. De lo contrario, no se garantiza la fiabilidad de los resultados del ensayo.


Atención al cliente



ARK Diagnostics, Inc.
 48089 Fremont Blvd
 Fremont, CA 94538 EE. UU.
 Tel.: 1-877-869-2320
 Fax: 1-408-747-0783
 customersupport@ark-tdm.com
 www.ark-tdm.com













Emergo Europe
 Westervoortsedijk 60
 6827 AT Arnhem
 Países Bajos



MedEnvoy Switzerland
 Gotthardstrasse 28
 6302 Zug
 Suiza

Leyenda de los símbolos empleados

	Código del lote	 AAAA-MM-DD	Fecha de caducidad
	N° de catálogo		Fabricante
	Representante autorizado		Marcado CE
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Límite de temperatura
	Consultar las instrucciones para el uso		Control de calidad
Rx Only	Para uso exclusivo bajo prescripción médica		

1 Nombre

ARK™ Methotrexate Dilution Buffer

2 Uso previsto

El Tampón de dilución de metotrexato ARK está destinado para la dilución de las muestras que contengan altas concentraciones de metotrexato para la realización del Ensayo de metotrexato ARK.

3 Contenido

El Tampón de dilución de metotrexato ARK incluye una matriz proteica sintética. Su composición equivale a la del Calibrador A (cero), Calibrador de metotrexato ARK, REF 5026-0002-00.

Ref.	Descripción del producto	Cantidad/Volumen
5026-0004-00	ARK™ Methotrexate Dilution Buffer Tampón, albúmina de suero bovino y conservantes	1 X 25 mL

4 Advertencias y precauciones

- Para uso de diagnóstico *in vitro*.

5 Instrucciones para el uso

- Para entender cómo funciona el ensayo del metotrexato, consultar la ficha técnica de ARK específica.
- El Tampón de dilución viene listo para el uso. Antes de usar, mezclar volcando con suavidad.
- Almacenar a 2-8°C. Usar antes de la fecha de caducidad. Una vez abierto es posible almacenar a 2-8°C durante 12 meses dentro de los límites de la fecha de caducidad.

6 Procedimiento – Protocolo de dilución manual

Las concentraciones de metotrexato en la curva de calibración ARK van de 0,04 a 1,20 µmol/L. Las muestras y los controles que contengan metotrexato en mayores concentraciones (>1,20 µmol/L) se ensayan diluyendo la muestra y los controles para que entren dentro de los márgenes de medición.

Diluir manualmente la muestra o el control de alto margen de concentración con el Tampón de dilución de metotrexato ARK preparando la correspondiente serie de diluciones en progresión decimal como se muestra aquí abajo.

Volumen de la muestra	Matriz de dilución (volumen)	Dilución	Factor de dilución
50 µL Muestra sin diluir	450 µL	1:10	10
50 µL Muestra 1:10	450 µL	1:100	100
50 µL Muestra 1:100	450 µL	1:1000	1000
50 µL Muestra 1:1000	450 µL	1:10000	10000

$$\text{Factor de dilución manual} = \frac{(\text{Volumen de la muestra} + \text{Volumen del tampón de dilución})}{\text{Volumen de la muestra}}$$

Multiplicar los resultados del ensayo por el factor de dilución. Para convertir µmol/L en µg/mL, dividir el valor obtenido por el factor de conversión de 2,2005.

7 Marcas registradas

ARKTM es una marca registrada de **ARK** Diagnostics, Inc.

Donde aparezcan otros nombres de producto, estos también podrían ser marcas registradas.



ARK Diagnostics, Inc.
Fremont, CA 94538 EE. UU.

Revisado en enero de 2024
 1600-0216-00ES Rev 07